



RETIFICAÇÃO nº 01 DO EDITAL DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

PROCESSO Nº: 2040 de 06/08/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2020

DATA ABERTURA: 18/12/2020 – 14horas

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação o registro de preços para futura aquisição de testes rápidos de anticorpo e de antígeno para o COVID-19

I – Fica retificado o Edital do Pregão Presencial nº 43/2020, Processo nº 3437/2020, da Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa – RS, com alterações no Anexo I e II, conforme segue:

Onde lê-se:

ANEXO I - PROPOSTA DE PREÇO

1	51241	TESTE RÁPIDO DE ANTICORPO, PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG E IGM (BANDAS SEPARADAS) PARA A SARS-COV2. OS TESTES DEVERÃO TER REGISTRO E APROVAÇÃO DA ANVISA, POSSUIR ANÁLISE SATISFATÓRIA PELO INCQS/FIOCRUZ, E SENSIBILIDADE ACIMA DE 95% E ESPECIFICIDADE ACIMA DE 95%. OBS: CABE RESSALTAR QUE OS LAUDOS DO INCQS SÃO REFERENTE A LOTE ESPECÍFICOS, E CASO FOR ADQUIRIDO LOTE DIFERENTE DO APRESENTADO NA ANÁLISE, SOLICITA-SE O NOVO LAUDO DO INCQS PARA NOVA ANÁLISE DO LOTE A SER ADQUIRIDO, VISANDO A AQUISIÇÃO DE TESTES COM SENSIBILIDADE E ESPECIFICIDADE SUPERIOR A 95%. DEVERÃO VIR COM BULA EM PORTUGUÊS.	UNIDAD	E	10.000		
2	51245	TESTE RÁPIDO DE ANTÍGENO PARA COVID-19. OS TESTES DEVERÃO TER REGISTRO E APROVAÇÃO NA ANVISA, ESPECIFICIDADE DE NO MÍNIMO 99% E SENSIBILIDADE DE NO MÍNIMO 90%, RESULTADOS EM ATÉ 30 MINUTOS, O KIT DEVE CONTER SWABS, REAGENTES E TUBOS DE COLETA. OBS: CABE RESSALTAR QUE OS LAUDOS DO INCQS SÃO REFERENTE A LOTE ESPECÍFICOS, E CASO FOR ADQUIRIDO LOTE DIFERENTE DO APRESENTADO NA ANÁLISE, SOLICITA-SE O NOVO LAUDO DO INCQS PARA NOVA ANÁLISE DO LOTE A SER ADQUIRIDO, VISANDO A AQUISIÇÃO DE TESTES COM SENSIBILIDADE MÍNIMA DE 90% E ESPECIFICIDADE MÍNIMA DE 99%. DEVERÃO VIR COM BULA EM PORTUGUÊS.	UNIDAD	E	10.000		

ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA

Item	Produto - Produto - Descrição	Unidade -	Quantidade
------	-------------------------------	-----------	------------






	Código	Descrição	
1	51241	TESTE RÁPIDO DE ANTICORPO, PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG E IGM (BANDAS SEPARADAS) PARA A SARS-COV2. OS TESTES DEVERÃO TER REGISTRO E APROVAÇÃO DA ANVISA, POSSUIR ANÁLISE SATISFATÓRIA PELO INCQS/FIOCRUZ, E SENSIBILIDADE ACIMA DE 95% E ESPECIFICIDADE ACIMA DE 95%. OBS: CABE RESSALTAR QUE OS LAUDOS DO INCQS SÃO REFERENTES A LOTES ESPECÍFICOS, E CASO FOR ADQUIRIDO LOTE DIFERENTE DO APRESENTADO NA ANÁLISE, SOLICITA-SE O NOVO LAUDO DO INCQS PARA NOVA ANÁLISE DO LOTE A SER ADQUIRIDO, VISANDO A AQUISIÇÃO DE TESTES COM SENSIBILIDADE E ESPECIFICIDADE SUPERIOR A 95%. DEVERÃO VIR COM BULA EM PORTUGUÊS.	UNIDADE 10.000
2	51245	TESTE RÁPIDO DE ANTÍGENO PARA COVID-19. OS TESTES DEVERÃO TER REGISTRO E APROVAÇÃO NA ANVISA, ESPECIFICIDADE DE NO MÍNIMO 99% E SENSIBILIDADE DE NO MÍNIMO 90%, RESULTADOS EM ATÉ 30 MINUTOS, O KIT DEVE CONTER SWABS, REAGENTES E TUBOS DE COLETA. DEVERÃO POSSUIR ANÁLISE SATISFATÓRIA PELO INCQS/FIOCRUZ. OBS: CABE RESSALTAR QUE OS LAUDOS DO INCQS SÃO REFERENTES A LOTES ESPECÍFICOS, E CASO FOR ADQUIRIDO LOTE DIFERENTE DO APRESENTADO NA ANÁLISE, SOLICITA-SE O NOVO LAUDO DO INCQS PARA NOVA ANÁLISE DO LOTE A SER ADQUIRIDO, VISANDO ADQUIRIR TESTES COM ESPECIFICIDADE DE NO MÍNIMO 99% E SENSIBILIDADE DE NO MÍNIMO 90%. DEVERÃO VIR COM BULA EM PORTUGUÊS.	UNIDADE 10.000

Leia-se:

ANEXO I - PROPOSTA DE PREÇO

1	51241	TESTE RÁPIDO DE ANTICORPO, PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG E IGM (BANDAS SEPARADAS) PARA A SARS-COV2. OS TESTES DEVERÃO TER REGISTRO E APROVAÇÃO DA ANVISA, POSSUIR ANÁLISE SATISFATÓRIA PELO INCQS/FIOCRUZ, E SENSIBILIDADE ACIMA DE 95% E ESPECIFICIDADE ACIMA DE 95%. DEVERÃO VIR COM BULA EM PORTUGUÊS.	UNIDAD E	10.000			
2	51245	TESTE RÁPIDO DE ANTÍGENO PARA COVID-19. OS TESTES DEVERÃO TER REGISTRO E APROVAÇÃO NA ANVISA, POSSUIR ANÁLISE SATISFATÓRIA PELO INCQS/FIOCRUZ, ESPECIFICIDADE DE NO MÍNIMO 99% E SENSIBILIDADE DE NO MÍNIMO 90%, RESULTADOS EM ATÉ 30 MINUTOS, O KIT DEVE CONTER SWABS, REAGENTES E TUBOS DE COLETA. DEVERÃO VIR COM BULA EM PORTUGUÊS.	UNIDAD E	10.000			



**ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA**

Item	Produto - Código	Produto - Descrição	Unidade - Descrição	Quantidade
1	51241	TESTE RÁPIDO DE ANTICORPO, PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG E IGM (BANDAS SEPARADAS) PARA A SARS-COV2. OS TESTES DEVERÃO TER REGISTRO E APROVAÇÃO DA ANVISA, POSSUIR ANÁLISE SATISFATÓRIA PELO INCQS/FIOCRUZ, E SENSIBILIDADE ACIMA DE 95% E ESPECIFICIDADE ACIMA DE 95%. DEVERÃO VIR COM BULA EM PORTUGUÊS.	UNIDADE	10.000
2	51245	TESTE RÁPIDO DE ANTÍGENO PARA COVID-19. OS TESTES DEVERÃO TER REGISTRO E APROVAÇÃO NA ANVISA, ESPECIFICIDADE DE NO MÍNIMO 99% E SENSIBILIDADE DE NO MÍNIMO 90%, RESULTADOS EM ATÉ 30 MINUTOS, O KIT DEVE CONTER SWABS, REAGENTES E TUBOS DE COLETA. DEVERÃO POSSUIR ANÁLISE SATISFATÓRIA PELO INCQS/FIOCRUZ. DEVERÃO VIR COM BULA EM PORTUGUÊS.	UNIDADE	10.000

Santa Rosa, 15 de Dezembro de 2020.

Rogério Silva dos Santos
Diretor de Gestão Administrativa

